

熊本市立植木病院コンピューテッドラジオグラフィ装置 一式 仕様書

1 品名

熊本市立植木病院コンピューテッドラジオグラフィ装置 一式

※構成 別紙のとおり

2 目的

熊本市立植木病院で使用するコンピューテッドラジオグラフィ装置の購入を行うもの。

3 納品期限

平成30年3月31日

4 納品場所

熊本市北区植木町岩野 285 番地 29 熊本市立植木病院

5 経費の負担について

購入費には下記の経費を含むものとする。

- (1) 搬入、設置及び機器の初期設定
- (2) 既存のコンピューテッドラジオグラフィ装置等の廃棄処分
- (3) 関係職員への操作講習
- (4) 職員の操作習得にかかる作業等への立会い

6 その他

- (1) 個人情報の保護については、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
- (2) 業務の遂行において、本仕様書について疑義が生じた場合は、関係法令にしたがい、その都度発注者及び納入者が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

(別紙) 機器構成

品名	規格等	数量
富士フィルムメディカル PROFECT CS Plus	CR IR 363 RU P	1 台
(内訳)		
AC ケーブル 100V (IR362-3/356)	IR 362 AC CORD 100-120V	1
IP カセット DM タイプ 18X24	IP CASS-BD 18X24CM 1 Z	6
富士イメージングプレート HR-BD 型 18X24	IP HR-BD 18X24CM 2	3
富士 IP IN カセット CC-V1 PB 付 半切	IP CASS-CC 6 PB 35.4X43CM 1	6
富士 IP IN カセット CC-V1 PB 付 大角	IP CASS-CC 6 PB 35.4X35.4CM 1	6
富士 IP IN カセット CC-V1 PB 付 四切	IP CASS-CC 6 PB 35.4X30.3CM 1	6
富士 IP IN カセット CC-V1 PB 付 六切	IP CASS-CC 6 PB 35.4X25.2CM 1	6
FCR 設置消耗品キット	SETTI KIT FCR/L	1
Console Advance		1
設置作業費用		1

別紙2

1 搬入・設置について

- (1) 当院が指定する場所で、搬入、据付、配線、調整等を行うこと。
- (2) 当院既存の画像情報システムへの接続を行い、画像及び患者情報の送受信を行うこと。また、画像処理端末にて過去の撮影画像の閲覧ができること。

2 既存装置の撤去及び廃棄について

- (1) 撤去及び廃棄に該当する機器は、FCR5000PLUS、CR Console、DRY IMAGER FM-DP Lとする。
- (2) 既存装置の撤去の際は、個人情報保護の観点から、既存の装置メーカー担当者に依頼し、装置内の情報を、責任をもって消去すること。

3 機器の補償期間における保守体制について

- (1) 24時間365日障害発生時には、緊急コールセンター等を通して対応可能であること。
- (2) 納入動作確認後1年間は、通常の使用により故障した場合は無償修理に応じること。

4 その他、以下の要件を満たすこと

- (1) 操作手順書、使用マニュアルはすべて3部用意すること。
- (2) 設置、稼働に際し、担当者への教育訓練を行うこと。